

2012年12月4日(火)

○ S: 標準試料 (NIST SRM 640c) 才-100-6241号

2θ: 0° ~ 29.9573°, 0.005°ステップ

0.5 s / step

ω = 6.4°

スリット幅 5mm, 高 ± 0.5mm

位置 7 (7) 11° + α : (南)

12:52'49" 測定開始

15:27'15" 終了

⇒ MHS20121204-1.pcp

○ S: 標準試料, 2θ, φ, ω (φ静止), ω (φ回転)
自動測定

自動測定 2) Auto Particle 20121204()

16:36'58" 測定開始